

Karta procesów (mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji) z dnia 14.11.2022

Lp.	Nazwa sprzętu	Liczba szt.	Metoda dezynfekcji, parametry procesu, stężenie roztworu, ilość środka	System bariery sterylnej	Metoda sterylizacji, parametry procesu	Protokół niezgodności – został sporządzony tak/nie* Uwagi**	Kasacja/ utylizacja –zostały przeprowadzone tak/nie*	Podpis osoby odpowiedzialnej
1	Zestaw do szycia nr 8	1	Dezynfekcja automatyczna 110°C, 10 min	Włóknina i 2 warstwy papieru krepowanego	sterylizacja parowa 134°C, 3,5 min	NIE	NIE	Jan Kowalski
2	Zestaw naczyniowy nr 8	1	Dezynfekcja automatyczna 110°C, 10 min	Włóknina i 2 warstwy papieru krepowanego	sterylizacja parowa 134°C, 3,5 min	NIE	NIE	Jan Kowalski
3	Kocher	1	Dezynfekcja automatyczna 110°C, 10 min	Worek strunowy	brak	TAK	TAK	Jan Kowalski

*Wpisać właściwe **Dotyczy dostarczonego sprzętu