

Karta procesu sterylizacji

Numer autoklawu: Autoklaw Parowy nr 3					
Numer procesu: Cykl numer 999					
Data (dd-mm-rrrr): 14.11.2022					
		Kontrola procesu sterylizacji			
Wyroby medyczne/sprzęt poddane procesowi sterylizacji	Parametry procesu sterylizacji	Zapisy z wydruku z autoklawu	Wynik wskaźnika chemicznego/biologicznego	Decyzja o zwolnieniu wsadu	Podpis osoby nadzorującej cykl
Zestaw do szycia nr 8 Zestaw naczyniowy nr 3 Zestaw naczyniowy nr 8 2x kocher 2x imadło naczyniowe	sterylizacja parowa 134°C, 3,5 min	Parametry procesu zostały spełnione	Wskaźnik chemiczny – wynik prawidłowy Wskaźnik biologiczny – wynik prawidłowy	TAK	Zofia Nowak